



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Mauá, 22 de Novembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9415/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE E VENTILADOR PULMONAR ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDA PRLAMENTAR ESTADUAL.

ESCLARECIMENTO

Conforme questionamento formulado pela empresa pretensa licitante, segue nossa resposta:

PERGUNTAS:

- No descritivo do item 1 e 3 - autoclave, consta: "Tensão/Corrente nominal: Bivolt", e na sequencia. "Tensão do equipamento: 220V ". dessa forma, entendemos que serão aceitos equipamentos Bivol ou com tensão 220V. Esse entendimento esta correto?

- RESPOSTA:**

De acordo com informação da área técnica responsável, apenas serão aceitos equipamentos 220V.

Arina Gonçalves Santana Fonseca

Pregoeira