

[Handwritten signature]

Avenida Capitão João, 2301, Vila Vitória, CEP: 09360-120, Tel: 4512-7500

LOTE ÚNICO				
ORDE	M	THEM	A	DESCRICAÇÃO
01		29191		Cama hospitalar Fowler adulto destinada ao uso hospitalar. O equipamento deve possuir estrutura fabricada em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, garantindo durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de higienização. A cama deve permitir no mínimo movimentos posição Fowler, Semi-Fowler, posição cardíaca, posição sentado e flexão de pernas, permitindo ajustes adequados às necessidades clínicas do paciente com acionamento através de 3 manivelas cromadas. O equipamento deverá apresentar dimensões de até 212 cm de comprimento, largura de até 97 cm, altura máxima ajustável do leito ao piso de até 70 cm, não aceitando-se altura maior e altura mínima ajustável do leito ao piso de até 45 cm ou menos. A área útil do leito deverá possuir no máximo 88 cm de largura e cerca de 200 cm de comprimento, proporcionando espaço adequado para acomodação do
				41
				R\$5.615,5500
				R\$ 230.237,5500
				VALOR UNITÁRIO
				VALOR TOTAL

conforme planilha abaixo.

Item 1: Valor total estimado R\$ 230.237,55;
 Item 2: Valor total estimado R\$ 57.029,8100;
 Item 3: Valor total estimado R\$ 647,6400;

Onde se lê: Valor total estimado: R\$ 287.915,00

Em relação ao tópico estimativa do valor da contratação do termo de referência, segue correção:

ERRATA – Processo de compras nº 6627/2025 – Aquisição de equipamentos médicos hospitalares

FOLHA Nº _____
 PROC. Nº _____
 RUBRICA _____





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº _____
PROC. Nº _____
RUBRICA _____

02		4409		Poltrona reclinável para acompanhante, com no mínimo as seguintes características: Estrutura tubular 50 x 30 x 1,20 e 25 x 25 x 1,2mm. Assento, encosto, braço e descanso para os pés anatômicos, estofados em espuma de	paciente. Leito com estrado para uma melhor troca de umidade. A capacidade máxima de carga deve ser de 200 kg distribuídos, garantindo segurança e estabilidade durante o uso. A cama deverá possuir 2 grades laterais de proteção rebatíveis em alumínio anodizado com altura de no mínimo 30 cm, proporcionando maior segurança ao paciente. Deverá também contar com cabeceira e pesseira removíveis ou de fácil acesso, permitindo maior praticidade para procedimentos médicos, atendimento emergencial e higienização do equipamento. Suporte para prontuário. Para mobilidade, o equipamento deve ser equipado com quatro rodízios de aproximadamente 5 polegadas, preferencialmente com sistema de proteção contra sujeira ou sistema blindado, contendo freio individual ou sistema de travamento que permita a imobilização segura da cama quando necessário. Declaração do fabricante ou detentor do registro do produto na Anvisa/MS, específica para este certame, atestando o comércio do produto e sua qualidade. O peso do equipamento deverá ser de até 65 kg. O produto deverá ser fornecido completo, incluindo estrutura da cama hospitalar, grades laterais de proteção, rodízios com sistema de freio, cabeceira e pesseira, colchão com capa em couvin. Apresentar registro do produto na Anvisa/MS, incluindo do colchão. Apresentar catálogo técnico com todas as informações do produto, bem como manual de instruções em língua portuguesa. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	36	R\$ 1.584,1614	R\$ 57.029,8100
----	--	------	--	--	--	----	----------------	-----------------

Elene de Paula Pinto
 Secretária de Saúde

Atenciosamente,

VALOR TOTAL DO LOTE		R\$ 287.915,00	
03	4594	R\$ 323,8214	R\$ 647,6400
<p>alta densidade, revestido em couroim na cor azul marinho, descanso para os pés articulados, com extensão concomitante a inclinação do encosto. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi - poliéster e polimerizado em estufa. Totalmente reclinável, permitindo várias posições. Travamento com fácil e rápido manejo. Pés com ponteiros. Capacidade mínima para 120 kg. Dimensões aproximadas: 1,60 x 0,74 x 0,45m. Apresentar registro junto a ANVISA/MS. Manual em português. Montagem inclusa. Garantia de no mínimo 01 ano.</p>		<p>Escada hospitalar, material: estrutura em aço inoxidável, número degraus: 2 degraus, revestimento degraus: antiderrapante emborrachada, características adicionais: pés com ponteira de borracha.</p>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
 SECRETARIA DE SAÚDE

FOLHA Nº _____
 PROC. Nº _____
 RÚBRICA _____