Mauá, 10 de novembro de 2017

Às
Empresas

PREGÃO PRESENCIAL N°. 138/2017 : PROCESSO N°.: 9203/2017

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES – CENTRAL DE MONITORAMENTO PATA UTI, MONITOR MULTIPARÂMETRO E MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRÚRGICO – DESTINADOS AO HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI

E S C L A R E C I M E N T O

Segue pedido de esclarecimento enviado por empresa interessada em participar do certame em epígrafe:

PREGUNTA :

Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de oferecer monitor que possibilite comunicar-se a uma central de monitoramento . …

RESPOSTA :

No Edital consta a seguinte redação:

“ Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital PELO PROTOCOLO HL7 , diretamente no Monitor ou através da Central de Monitoração “ .

Portanto consideramos esclarecida a dúvida .

Atenciosamente

João Carlos Targa
Pregoeiro